



**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме №32009772488 на право заключить договоры на поставку масок защитных одноразовых и обеззараживателей воздуха (облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных передвижных) для нужд АО «ЛОЭСК»**

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1	<p>Уважаемый Заказчик! Просим пояснить.</p> <p>1. Возможна ли поставка НЕмедицинских рециркуляторов без регистрационных удостоверений? При условии предоставления декларации соответствия ТР ТС и сертификата ГОСТ.</p> <p>2. Соответствует ли ТЗ материал корпуса в виде алюмокомпозитной панели: два слоя алюминия с пластиком между ними, высокая общая жесткость, толщина 3мм, снаружи покрыта стойкой полимерной краской? Спасибо.</p>	<p>В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:</p> <p>1. К поставке допустимы немедицинские рециркуляторы, при наличии декларации соответствия ТР ТС и сертификата ГОСТ.</p> <p>2. Да, указанное исполнение материала корпуса соответствует ТЗ.</p>